



Produktens avsedda ändamål är att hindra en sittande person från att glida framåt i rullstol eller fätölj.

Viktiga anvisningar

- Sittmöbeln måste vara tillräckligt stadig för att inte kunna välta/tippa. Tillse att stolen har så god tipsäkerhet i sidled och framåt att den inte välter om användaren faller åt en sida eller framåt. Användaren kan behöva passande armstöd/sidostöd/bälstöd som eventuellt kompletteras med en sele för överkroppen.
- Får ej användas på vanliga stolar utan endast på fätöljer, som om användaren reser sig inte kan lyftas från golvet.
- Grenselen är klädd med fårskinn och fyller sin funktion skonsamt. Kontrollera ändå regelbundet att selen inte utövar olämpligt tryck.

Kombinera gärna grenselen med en lätt bakåtlutad sits.

Montering

1. Knyt fast selens nylonnören i stolens bakkant.
2. Användaren sätter sig på den trekantiga plattan och vävbanden träs upp mellan benen.
3. Kontrollera att hylsorna av konstgjort fårskinn ligger i grenen så att trycket fördelas över största möjliga yta.
4. Vävbanden dras bakåt och fästes med snabbspännet bakom stolens rygg.

OBS! Spännet ska vara placerat så att det lätt kan öppnas av personal.

Om man vill att spännet skall komma på stolens andra sida vänder man selen upp och ner (och vänder också sittplattans fårskinnsöverdrag).

Rengöring

Överdragen av konstgjort fårskinn tvättas i 90°C
Selen av kapellväv och vävbanden tvättas i 60°C

Löpande kontroller

Kontrollera trycket mot kroppen varje gång selen tas på. Kontrollera regelbundet huden för att upptäcka rodnad. Kontakta i så fall sjukvårdspersonal. Då skall selen inte användas längre.
Kontrollera selen regelbundet och alltid i samband med tvätt för att upptäcka slitage, brustna sömmar eller skadade spännen.
En skadad produkt måste repareras av kvalificerad personal eller ersättas med ny produkt.

Vid kassation

Brännbart material, lämnas till förbränning.

HEA Medical AB

Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-15 73 20
info@heamedical.se
www.heamedical.se